

# **Poziv na ponudu: Za isporuku i instalaciju opreme za jedinicu za poluintenzivnu njegu pedrijatrijskog odjela bolnice Brčko Distrikta**

## **1. Predmet Tendera**

1.1. Sklapanje ugovora sa jednim dobavljačem u cilju isporuke i instalacije opreme potrebne za opremanje jedinice za poluintenzivnu njegu pedijatrijskog odjela bolnice Brčko Distrikta.

1.2. Ponude moraju biti dostavljene prema specifikaciji kako slijedi:

No.	Opis	Količina
1.	<p>Incubator</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• regulator zraka</li><li>• pokretna kolica na točkovima</li><li>• regulator vlažnosti</li><li>• regulator kisika</li><li>• dupla stranica</li><li>• pomoćni ormarić</li><li>• držač za ormarić</li><li>• crijevo za O2 za centralni razvod, NIST 3m, DIN utikač</li></ul>	1

2.	<p>Topli sto za reanimaciju sa monitorom za praćenje</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SWIVEL mehanizam           <ul style="list-style-type: none"> <li>• manuelan</li> <li>• centralni alarm</li> <li>• termo-monitoring</li> </ul> </li> <li>• jako i slabije svjetlo           <ul style="list-style-type: none"> <li>• topli madrac</li> <li>• RS 232 Interface</li> </ul> </li> <li>• priključni kabl na mrežu</li> <li>• mogućnost podešavanja visine</li> </ul>	1
3.	<p>EKG aparat sa defibrilatorom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• autoseq™ energetska sekvenca sa mogućnošću kontrole i programiranja           <ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD ekran</li> </ul> </li> <li>• unutrašnji direktni digitalni pisač (DDW)</li> <li>• standardni pribor i 5-žilni pacijent kabl</li> </ul>	1

4.	<p>Pokretni respirator</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• volumenski kontrolisani modus (IPPV, IPPV assists, SIMV),</li> <li>• modus podrške za spontano disanje CPAP</li> <li>• reanimacioni modus sa kontrolisanim pritiskom BIPAP. (modusi SIMV, OPAP i BIPAP mogu se dodatno kontrolisati sa podrškom za pritisak ASB)</li> <li>• kontinualno podešavanje kisika</li> <li>• brzomjenjajuća baterija male težine (smart battery technology)</li> <li>• Integralni EL display (pokazuje krivulje toka i pritiska prespajanjem)</li> <li>• intuitivna alarm komanda koja nadzire vitalne parametar reanimacije (volumen, pritisci, frekvencija disanja)</li> <li>• reanimacioni pribor (reanimaciono crijevo sa vodovima 1,5 m, ventil za reanimaciju, senzor za tok)</li> </ul>	1
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

#### **NAPOMENA:**

Ponuda mora uključiti i slijedeće:

- Isporuku i instalaciju opreme u prostorije bolnice Brčko Distrikta

#### **UPUTSTVA ZA PONUĐAČE:**

##### **2. Garancija i pružanje servisnih usluga**

2.1. Uz ponudu obavezno je dostaviti sljedeće:

- opis i uslove garancije
- opis uslova koji se odnose na pružanje servisnih usluga.

2.2. Ponuđači će garantirati OHR-u da su artikli, koji se

dostavljaju u skladu sa uslovima datim u Ugovoru, novi, neoštećeni i ispravni, odnosno da nemaju nikakvu tvorničku grešku.

2.3. Uspješni ponuđači će prema uslovima datim u garanciji popraviti ili zamijeniti svaki artikal za koji se utvrdi da ima grešku ili oštećenje, bez dodatnih troškova.

2.4. Uspješni ponuđači će poštovati sve odredbe garancija koje daju proizvođači opreme koji se dostavlja OHR-u, a garancije ne mogu biti kraće od 12 mjeseci.

### **3. Sadržaj i pravila za dostavu ponuda**

3.1. Ponude moraju sadržavati slijedeće:

- Naziv i tačnu adresu ponuđača, kontakt telefon i ime odgovorne osobe;
- Detaljan opis ponuđene opreme;
- Kataloge i prospekte sa jasno naznačenim ponuđenom opremom;
- Sve informacije o cijenama i uslovima plaćanja;
- Troškove isporuke opreme u prostorije bolnice Brčko Distrikta, ukoliko nisu uračunati u cijenu.
- Troškove montaže opreme u prostorije bolnice Brčko Distrikta, ukoliko nisu uračunati u cijenu;
- Rokove isporuke;
- Rokove montaže opreme;
- Garantne uslove;
- Listu referenci;
- Izjavu ponuđača kojom potvrđuju da imaju dovoljna finansijska sredstva za izvršenje ovog ugovora.

Nakon montaže opreme uspješni ponuđač je dužan da iz prostorija bolnice Brčko Distrikta ukloni sav materijal koji je korišten za pakovanje.

**Nepotpune ponude se neće razmatrati.**

3.2. OHR, kao diplomatska organizacija, je oslobođen plaćanja svih poreskih i carinskih dadžbina.

3.3. Cijene moraju biti izražene u KM (konvertibilnim markama) ili EURO. Uslovi plaćanja OHR-a su putem bankovnog transfera u roku od 30 dana nakon isporuke i montaže.

3.4. Ugovor sklopljen sa OHR-om će uključivati uslove i rokove koje ste naveli u svojoj ponudi, nalazit će se u prilogu Ugovora i smatrati će se pravno obavezujućim u toku trajanja Ugovora.

**3.5. Rok za dostavljanje ponuda je 23. februar 2004 do 17:00 sati**

3.6. OHR zadržava pravo da stупи u pregovore sa bilo kojim ponuđačem ili da okonča tender bez sklapanja ugovora. OHR ne snosi nikakve troškove ponuđača u procesu pripreme ponuda.

3.7. Učešćem na ovom tenderu ponuđači potvrđuju da su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog tendera.

3.8. Sve ponude dostaviti u zatvorenoj koverti za naznakom "Tender za pedijatriju", na sljedeću adresu, najkasnije do 23. februara 2004 do 17:00 sati:

**Šef logistike**

**OHR Sarajevo**

*Emerika Bluma 1*

*71000 Sarajevo, BiH*